

7. FELMEDDELANDE

FEL	ORSAK	LÖSNING
E01	UTLÖSNINGSKNAPP STRÅLNING SLÄPPT FÖRTIDIGT	Håll knappen intryckt tills tagningens cykel har avslutats.
E02	TAGNINGSSSEKVENSS INTE FULLBORDAD	Troligtvis har handenheten förlorat signalen, försök att upprepa tagningen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E03	FEL INRE TEST FJÄRRKONTROLL	Ta ut batterierna och sätt i dem igen efter några sekunder. Om felet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E04 E05 E08	TEST AUTODIAGNOSTIK HANDENHET KUNDE INTE UTFÖRAS	Kontakta teknisk assistans.
E06	ALLMÄNT FEL	Upprepa röntgentagningen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E07	OTILLRÄCKLIGT RF SIGNAL	Handenheten har förlorat signalen, försök att upprepa tagningen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E09	FEL SERIENUMMER TILL HANDENHET ELLER INTE STARTAD	Kontakta teknisk assistans.
E10 E12 E13 E16	INRE FEL HUVUD	Kontakta teknisk assistans
E11	VAL AV KOLLIMATOR ÖVERENSSTÄMMER INTE	Vänta i några sekunder efter att ha kopplat in eller från den rektangulära kollimatoren så att ikonerna på fjärrkontrollen uppdateras.
E14 E15	ALLMÄNT FEL PÅ GENERATOR	Kontakta teknisk assistans
E17	ÖVERHETTNING UTLÖSNINGSMEKANISM PÅ HUVUD	Vänta i cirka 15 minuter för automatisk återställning av systemet
E18 E19	FÖR LÅG / HÖG INSPÄNNING	Kontrollera strömförsörjningssystemet. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E30	INTERNT INSTÄLLNINGSFEL	Upprepa röntgentagningen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E31 E32	FEL RÄCKVIDD FJÄRRKONTROLL	Reducera avståndet mellan fjärrkontrollen och röntgenhuvudet. Upprepa sedan röntgentagningen. Följ anvisningarna för optimal användning av antennen på fjärrkontrollen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk assistans.
E33	INGEN STRÖM TILL RÖNTGENGENERATORN	Troligtvis fel på kabel till arm eller röntgengenerator. Kontakta teknisk assistans.
E34	FEL INTERLOCK	Stäng dörren och upprepa undersökningen vid behov.



OBSERVERA: För att lämna felläget räcker det om man trycker på knappen



OBSERVERA: För övriga felkoder, kontakta teknisk assistans.